Referenzinstitut für Bioanalytik
Friesdorfer Str. 153
D-53175 Bonn
Telefon +49 (0)228 926895-0
Telefax +49 (0)228 926895-29
internet: www.dgkl-rfb.de
E-Mail: info@dgkl-rfb.de

Ringversuch Virus-Hepatitis E Virus PCR 2/15

Ringversuchsleiter:
Prof. Dr. med. C. Knabbe, Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse, Prof. Dr. M. Neumaier

Wissenschaftliche Beratung:
Prof. Dr. med. M. Schmidt, DRK Blutspendedienst, Frankfurt

Organisation und Durchführung:
Dr. W.-J. Geilenkeuser, Dr. R. Kruse

Versuchsanleitung

Termine

Versuchszeitraum
Für die Untersuchung der Proben stehen zwei Wochen zur Verfügung.

Einsendeschluss
Den genauen Rücksendetermin entnehmen Sie dem Ergebnisformular.

Untersuchungsmaterial

humanes Plasma, 4 Proben (flüssig, gebrauchsfertig)

Vereinzelt können sichtbare Partikel vorkommen, daher empfehlen wir, die Proben vor der Testung kurz zu zentrifugieren. Führen Sie dann den gewünschten Test möglichst bald unter Standardbedingungen durch.

Die Homogenität der Proben wurde überprüft.

Falls die Proben nicht in einwandfreiem Zustand beim Teilnehmer eintreffen, bitten wir um sofortige telefonische Reklamation mit Angabe der Teilnehmernummer und des Ringversuchs.

Pro Set erhalten Sie jeweils vier Proben.

Bei Fragen und Reklamationen rufen Sie uns bitte direkt an.

Hinweise
Kontrollieren Sie Ihre Eintragungen bitte, denn nachträgliche Änderungen können nicht berücksichtigt werden!

Fertigen Sie bitte für Ihre Unterlagen eine Fotokopie Ihres Ergebnisformulars an. Ergebnisse können uns per Post oder per Fax übermittelt werden.

Neben den qualitativen Ergebnissen (positiv oder negativ) möchten wir Sie bitten, im Kommentarfeld die CT-Werte oder CP-Werte für die Proben sowie für Ihrer Positivkontrolle und deren Konzentration anzugeben.

Die Proben wurden anhand eines WHO Standards quantifiziert. Teilnehmer die eine quantitative Analyse durchführen werden gebeten die Konzentration der Proben in IU/ml anzugeben.